

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.200€

Το ψυγείο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας γενιάς και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την αποθήκευση των φαρμάκων.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz]. Να έχει χωρητικότητα περίπου 200 λίτρα.

Με εσωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Να φέρει τουλάχιστον τρία ρυθμιζόμενα ράφια. Εύρος θερμοκρασίας να είναι κατά προσέγγιση από + 2 έως + 8°C.

Να λειτουργεί με αυτόματη απόψυξη. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.

Να φέρει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. Με πόρτα από θερμομονωμένο τζάμι.

Να διαθέτει συναγερμούς για τα άνω και κάτω όρια της θερμοκρασίας.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας.

Το ψυγείο θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να επιδειξει τη λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000€

Το ερμάριο αποθήκευσης υλικών χειρουργείου να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Το αναφερόμενο ερμάριο να είναι επιδαπέδιο από εποξικά βαμμένο ανοξείδωτο χάλυβα.

Να φέρει δύο (2) γυάλινες πόρτες ασφαλείας με μεντεσέδες και κεντρικό κλείδωμα.

Να φέρει τέσσερα (4) ράφια από εποξικά βαμμένο ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενου ύψους.

Να είναι λείο εσωτερικά, χωρίς εμπόδια για εύκολο καθάρισμα.

Να έχει διαστάσεις περίπου (ΠΧΒΧΥ) 80X40X180[cm].

Να φέρεται σε τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 350€

Η ηλεκτρονική ζυγαριά να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής με ψηφιακή ένδειξη & να περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη μέτρηση του βάρους βρεφών.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V].

Να μετρά βάρος έως 20[kg] με διαβάθμιση ανά 10[gr].

Να είναι μεγάλης ακριβείας (+- 1[gr]).

Να έχει κουμπί για on/off, μηδενική ένδειξη και δυνατότητα για κράτημα.

Να διαθέτει αφαιρούμενο πλαστικό μπολ.

Να έχει διαστάσεις τουλάχιστο 550X150X330[mm].

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.650€

Ο ζυγός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, επιδαπέδιος, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας για ακριβείς μετρήσεις & να περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να πραγματοποιεί μετρήσεις βάρους από 2[kg] έως 220[kg] περίπου, με διαβαθμίσεις του 0.1[kg] δηλαδή των (100[gr]).

Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: Zero, Lock/Release, Units, Store/Recall, BMI/HEIGHT/ENTER και ON/OFF.

Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD, πέντε (5) ψηφίων (ένδειξη αριθμών μεγέθους τουλάχιστο 25[mm]).

Η οθόνη να φέρεται πάνω σε στήλη ύψους 120[cm] περίπου, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη στην πλατφόρμα ζύγισης, για μέγιστη εργονομία και οικονομία χώρου.

Να φέρει ενσωματωμένο μηχανικό αναστημόμετρο, για τη μέτρηση ύψους από 80 έως 200[cm] περίπου.

Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού του δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Η πλατφόρμα ζύγισης να είναι διαστάσεων 30X35X8[cm] περίπου και να καλύπτεται από αντλιοσθητικό υλικό.

Ο ζυγός να φέρει ρόδες, για την εύκολη μεταφορά του.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.000€

Ο διφασικός απινιδωτής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας & να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. Να είναι διφασικής κυματομορφής απινίδωσης & να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220[V]/50[Hz].

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD διαστάσεων τουλάχιστον 10" ιντσών διαγωνίως, στην οποία να απεικονίζονται:

- Κυματομορφές.
- Ο Καρδιακός Ρυθμός.
- Τα όρια συναγερμού.
- Η ονομασία της απαγωγής ή των απαγωγών.
- Η επιλεγόμενη ενέργεια.
- Η ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- Βοηθητικά μηνύματα για το χειριστή.

Να διαθέτει καταγραφικό τριών (x3) καναλιών, και δύο (x2) ταχυτήτων. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4[sec] πριν το επεισόδιο (History).

Να πραγματοποιεί απινίδωση τόσο μέσω των συμβατικών paddles, όσο και μέσω ειδικών αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Να διαθέτει paddles ενηλίκων και παιδών.

Η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας και η εκφόρτισή της να είναι τουλάχιστο 150[J] και να γίνεται μέσω των paddles για τον απόλυτο έλεγχο από τον χρήστη. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα και η έναρξη εκτύπωσης πέραν αυτής από την συσκευή.

Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης. Να αναφερθεί το εύρος της αποδιδόμενης ενέργειας σε προκαθορισμένα βήματα τόσο με τα paddles όσο και με τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια.

Να διαθέτει μονάδα αυτόματη απινίδωσης, η οποία να καθοδηγεί τον χειριστή του με ηχητικά και οπτικά μηνύματα (οποσδήποτε στην ελληνική γλώσσα) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ERC.

Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 100 απινιδώσεων στη μέγιστη ενέργεια με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον 90 λεπτών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς.

Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια να είναι έως και 8[sec] με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Να δύναται να εξοπλιστεί μελλοντικά, οπωσδήποτε με paddles εσωτερικής απινίδωσης διαφόρων μεγεθών. Να προσφερθούν προς επιλογή.

Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των περιστατικών και τουλάχιστον 30 [min] ΗΚΓ που αντιμετωπίστηκαν στην ημιαυτόματη απινίδωση με πλήρη στοιχεία από το άνοιγμα της συσκευής, καταγραφές του ΗΚΓ, ενέργειες που αποδόθηκαν σε απινίδωση κ.λ.π.

Να διαθέτει επιπλέον μνήμη για την αποθήκευση γραφικών και αριθμητικών trends για ένα 24ώρο για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους.

Να έχει ενισχυτή εξωτερικής διαθωρακικής βηματοδότησης, με δυνατότητα ρύθμισης των παλμών βηματοδότησης (να αναφέρεται το εύρος ρύθμισης).

Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης με:

- Ενισχυτή μέτρησης οξυμετρίας (SpO₂),
- Ενισχυτή μέτρησης αναίμακτης πίεσης (NIBP),
- Ενισχυτή καπνογραφίας (CO₂),
- 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ για την ταυτόχρονη απεικόνιση και των 12 απαγωγών στην οθόνη.

Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Να προσφερθούν προς επιλογή.

Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή & το βάρος του οπωσδήποτε μικρότερο από 6[kg] με όλα τα εξαρτήματα, ώστε να είναι εύκολος στη μεταφορά.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές του απινιδωτή και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του διφασικού απινιδωτή συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 500€

Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα του για την άριστη λειτουργία του.

Κατάλληλος για όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 10 ετών.

Ο ασκός αναζωογόνησης να είναι χειροκίνητος, χωρητικότητας περίπου 1,8 λίτρων, από φυσικό καουτσούκ.

Να διαθέτει πλευρικό στόμιο εισαγωγής οξυγόνου με βαλβίδα μη επανεισπνοής.

Να παραδοθεί με ποικιλία από αποστειρώσιμες μάσκες.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε αναλώσιμα-ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 250€

Ο παιδιατρικός ασκός αναζωογόνησης να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα του για την άριστη λειτουργία του.

Κατάλληλος για όλες για παιδιά 18 μηνών έως 10 ετών.

Ο ασκός αναζωογόνησης να είναι χειροκίνητος, χωρητικότητας περίπου 1,8 λίτρων, από φυσικό καουτσούκ.

Να διαθέτει πλευρικό στόμιο εισαγωγής οξυγόνου με βαλβίδα μη επανεισπνοής.

Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για πιέσεις μεγαλύτερες των επιτρεπτών.

Να παραδοθεί με ποικιλία από αποστειρώσιμες μάσκες.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε αναλώσιμα-ανταλλακτικά.
Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΥ / ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.300€

Η Ιατρική συσκευή να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας & να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.

Να λειτουργεί κατά επιθυμία του χειριστή είτε με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz], είτε με τη χρήση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας η οποία να έχει δυνατότητα αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας για τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών.

Να είναι φορητό, τροχήλατο, μικρών διαστάσεων και το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 3[kg].

Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 3 ιντσών, όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα την συστολική, την διαστολική και την μέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιακό ρυθμό. Επιπλέον να απεικονίζει την κυματομορφή της οξυμετρίας, trends καθώς και μηνύματα συναγερμών, τη κατάσταση της μπαταρίας κ.λ.π. τα οποία να αναφερθούν προς αξιολόγηση.

Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί μετρήσεις για νεογνά, παιδιά και ενήλικες με τα ανάλογα εξαρτήματα του.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να μπορεί να μετρηθεί:

- Αυτόματα σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά χρονικά διαστήματα (να αναφερθούν),
- Χειροκίνητα (manual) οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη,
- Συνεχώς σε διαστήματα τουλάχιστον των 5 δευτερολέπτων.

Να μετρά την πίεση σε υπερτασικούς και υποτασικούς ασθενείς με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο.

Να διαθέτει μονάδα μέτρησης οξυμετρίας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος μετρήσεων: 0 -100%
- Εύρος συναγερμών: 0 - 100%
- Ακρίβεια: +-3%.
- Καρδιακοί παλμοί: 40 – 280[bpm].
- Πληθυσμογραφική κυματομορφή σε πραγματικό χρόνο.

Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την απόρριψη παρασίτων τα οποία προέρχονται από την κίνηση του ασθενούς.

Να φέρει μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 48 ώρες για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους, με δυνατότητα ανάκλησης

τους για ανασκόπηση, όπως επίσης μεταφοράς τους μέσω USB σε Η/Υ σε ειδικό λογισμικό για αποθήκευση και εκτύπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό.

Να παραδοθεί με:

- Περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με σωλήνα σύνδεσης.
- Αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων.
- Τροχήλατο του οίκου κατασκευής του.
- Καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. Η συσκευή θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική

λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των μηχανημάτων και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 240€

Το σφυγμομανόμετρο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχειρίστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Το σφυγμομανόμετρο να λειτουργεί με ελαστική φούσκα.

Να είναι βαθμονομημένο από 0 - 300[mm Hg].

Εξοπλισμένο με περιχειρίδες ενηλίκων με βέλκρο και θήκη μεταφοράς.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 135€

Το σφυγμομανόμετρο για παιδιά να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, επιτραπέζιου τύπου, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Το σφυγμομανόμετρο να λειτουργεί με ελαστική φούσκα.

Να είναι βαθμονομημένο από 0 - 300[mm Hg].

Εξοπλισμένο με περιχειρίδες παιδών με βέλκρο και θήκη μεταφοράς.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το κινητό σφυγμομανόμετρο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί με το τροχήλατό του και με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να είναι βαθμονομημένο από 0 - 300[mm Hg].

Το σφυγμομανόμετρο να λειτουργεί με ελαστική φούσκα και να είναι τροχήλατου τύπου.

Εξοπλισμένο με περιχειρίδες ενηλίκων με βέλκρο και βάση ειδικής κατασκευής, υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο ύψος, με 5 διπλούς τροχούς, οι δύο εξ αυτών με φρένο.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 450€

Το στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Να είναι κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιατρική χρήση.

Τα διαφράγματά του να είναι ενισχυμένα από ίνες γυαλιού, μαλακές ελαίες και ρυθμιζόμενα binaurals.

Να είναι εξοπλισμένο με ανταλλακτικά διαφράγματα και ανταλλακτικές ελαίες.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000€

Η αναρρόφηση να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας σύγχρονης κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.

Η αναρρόφηση να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] και με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Να διαθέτει διακόπτη ON - OFF.

Να είναι φορητή απλής σχεδίασης και κατασκευής, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.

Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

Να έχει προστασία από τυχαία αναρρόφηση υγρών στο εσωτερικό της αντλίας μέσω ειδικού φίλτρου.

Να έχει εύρος κενού περίπου από 0 έως 615[mm Hg], με διάφανο μετρητή κενού και ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης του κενού.

Να έχει ικανότητα αναρρόφησης περίπου από 20 έως 30 λίτρα/λεπτό.

Να διαθέτει βακτηριακό φίλτρο στην προσαγωγή της συσκευής & λαβή μεταφοράς.

Να συνοδεύεται από μία (1) φιάλη χωρητικότητας 1[lit] ή 2[lit].

Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό έως 0,9[bar].

Να διαθέτει μανόμετρο κενού και ρυθμιστή κενού.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.000€

Η εξεταστική λυχνία να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας, εγκατεστημένη σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz].

Να φέρει διακόπτη on/off στην κεφαλή.

Να λειτουργεί με λάμπα αλογόνου 12[V]/50[W] είτε με λάμπες led αντίστοιχης ισχύος και φωτεινότητας.

Να είναι κατάλληλη για κάθε νοσοκομειακή και κλινική εξέταση.

Να έχει ισχύ φωτισμού περίπου 30.000[lux]/500[mm] σε θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 Kelvin.

Να έχει διπλό άκαμπτο βραχίονα ρυθμιζόμενου ύψους για την προσαρμογή και σταθεροποίησή της στο επιθυμητό σημείο.

Η διάμετρος του πεδίου φωτός να είναι περίπου 18[cm] σε απόσταση 1[m].

Να διαθέτει ειδικό εξάρτημα στήριξης στον τοίχο.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία & να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.400€

Το φορείο ασθενών να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Να είναι τροχήλατο και να έχει διαστάσεις περίπου 2000x700[mm] (ΜxΠ) και να μπορεί να μεταφέρει ασθενή βάρους τουλάχιστον 150 κιλών.

Να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου περίπου 200[mm], οι δύο με κεντρικό σύστημα φρένων. Να διαθέτει κατευθυντήριο τροχό.

Να είναι βαρέως τύπου και ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από επιχρωμωμένο ατσάλι στρογγυλής διατομής και βαμμένο με εποξική βαφή. Η βάση να είναι καλυμμένη από υλικό ABS.

Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ακτινοδιαπερατή και να χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα (πλάτης και υπολοίπου σώματος).

Να εκτελεί κινήσεις TRENDELENBURG και REVERSE TRENDELENBURG 16° τουλάχιστον μέσω gas spring. Η πλάτη του να έχει ανύψωση τουλάχιστον από 0 – 75° και να ρυθμίζεται μέσω gas spring. Στο τμήμα της πλάτης του να έχει θέση για στατώ ορού.

Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα. Να φέρει χειρολαβές στο άνω και κάτω μέρος του φορείου. Η ρύθμιση του ύψους του φορείου άνω – κάτω να γίνεται μηχανικά με ποδοπετάλι από περίπου 50 έως 85[cm].

Να διαθέτει στρώμα με αντιπυρική προστασία, αδιάβροχο, πάχους περίπου 50[mm].

Στις τέσσερις γωνίες του να φέρει προσκρουστήρες για την απορρόφηση και την προστασία από τα κτυπήματα.

Στο τμήμα της κεφαλής του να φέρει υποδοχές για τον ιματισμό του ασθενή και φιάλης οξυγόνου.

Να συνοδεύεται από στατό ορού με ρύθμιση του ύψους και ράφι στήριξης για μόνιτορ.

Να δύναται να δεχθεί τα παρακάτω εξαρτήματα τα οποία να προσφερθούν προς επιλογή: ανοξείδωτο καλάθι εναπόθεσης ιματισμού, ανοξείδωτη θήκη φιάλης οξυγόνου, 5° τροχό.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΙΑΛΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το τροχήλατο φιάλης να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχειρίστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο από αντιοξειδωτικό σωληνωτό πλαίσιο από εποξικά βαμμένο ατσάλι.

Να είναι στερεωμένο σε δύο τροχούς διαμέτρου περίπου 150[mm].

Να διαθέτει ράβδο ή διάταξη συγκράτησης με ιμάντα.

Να είναι εξοπλισμένο με φιάλη πέντε (5) λίτρων O₂.

Να είναι λείο & να έχει στρογγυλεμένες ακμές & γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό του.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 450€

Ο τροχήλατος κάδος να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) με χειρολαβή.

Ο κάδος του να είναι αφαιρούμενος από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Να έχει βάση με τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς.

Να έχει χωρητικότητα περίπου 15 λίτρων.

Η κατασκευή του να είναι λεία και να έχει στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό του.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600€

Το τροχήλατο εργαλειοδοσία να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.

Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) με χειρολαβή.

Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους από περίπου 800[mm] έως 1[m].

Οι διαστάσεις δίσκου του να είναι κατά προσέγγιση 600X500[mm].

Να έχει βάση με τέσσερεις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου περίπου 60[mm], εκ των οποίων οι δυο να φέρουν φρένο.

Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται με υδραυλική αντλία που λειτουργεί με πεντάλ.

Η κατασκευή του να είναι λεία και να έχει στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό του.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.000€

Η χειρουργική λυχνία να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και να φέρει διακόπτη on/off στην κεφαλή της.

Να έχει ενσωματωμένο μετασχηματιστή και στοιχεία ελέγχου της.

Να έχει βάση με τέσσερις (4) αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς, με σύστημα πέδησης.

Με ρύθμιση ύψους άνω των 60[cm] και συνολικό ύψος άνω των 170[cm].

Να είναι τεχνολογίας led με θερμοκρασία χρώματος πάνω από 4300°K.

Η ένταση φωτός να είναι έως 80.000[Lux] σε απόσταση 1[m], με δυνατότητα ρύθμισής της μέσω κομβίων στην φωτιστική κεφαλή.

Η διάμετρος του πεδίου φωτός να είναι περίπου 16[cm] σε απόσταση 1[m], με βάθος ομοιόμορφου φωτισμού τουλάχιστον στα 120[cm].

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι $Ra > 94$. Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του φωτιστικού σώματος.

Η φωτιστική κεφαλή και η βάση να έχουν λείες επιφάνειες, για να είναι εύκολες στο καθάρισμα και την απολύμανση.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας (το πρότυπο IEC 60601-2-41) και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.700€

Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να είναι φορητό, μικρών διαστάσεων και βάρους περίπου 3[kg].

Να παραδοθεί με τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

Να λειτουργεί κατ' επιθυμία του χειριστή είτε με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz], είτε με τη χρήση αποκλειστικά του επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή ο οποίος να έχει δυνατότητα αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας για τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών.

Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 3,5'' όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα την συστολική, την διαστολική & την μέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιακό ρυθμό.

Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί μετρήσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με την ανάλογη περιχειρίδα.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να μπορεί να μετρηθεί:

- Αυτόματα σε τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικά χρονικά διαστήματα (να αναφερθούν).
- Χειροκίνητα (manual) οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατ' επιθυμία του χρήστη.
- Συνεχώς σε διαστήματα τουλάχιστον των πέντε (5) δευτερολέπτων.

Να φέρει μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 48 ώρες για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους, με δυνατότητα ανάκλησης τους για ανασκόπηση, όπως επίσης μεταφοράς τους μέσω USB σε Η/Υ σε ειδικό λογισμικό για αποθήκευση και εκτύπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό.

Να διαθέτει μονάδα μέτρησης οξυμετρίας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος μετρήσεων: 0 - 100%
- Εύρος συναγεμών: 0 - 100%
- Ακρίβεια: +-3%.
- Καρδιακοί παλμοί: 40 - 280 bpm
- Πληθυσμογραφική κυματομορφή σε πραγματικό χρόνο.

Να διαθέτει μονάδα θερμοκρασίας με δυνατότητα μέτρησής της σε περίπου είκοσι (20) δευτερόλεπτα.

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας.

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.000€

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών ή τουλάχιστον 100 εκτυπώσεων.

Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.

Η δειγματοληψία να είναι τουλάχιστον 4000[Hz] ανά κανάλι.

Το εύρος συχνοτήτων του ενισχυτή του ΗΚΓ να είναι από 0,05 – 300[Hz] για την καλύτερη ανάλυση σε εξετάσεις παιδών.

Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και cabrega. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα συλλογής των απαγωγών και σε συνδυασμό NEHB.

Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, αδιάβροχη και αδιαπέραστη από σκόνη, διαστάσεων τουλάχιστον 8" όπου να απεικονίζονται:

- Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα.
- Ημερομηνία, ώρα και όνομα ασθενή.
- Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία.
- Καρδιορυθμός.
- Ταχύτητα καρδιογραφήματος.
- Ευαισθησία καρδιογραφήματος.
- Διάφορα μηνύματα συστήματος ή και οδηγίες.
- Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιημένο ή μη).
- Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει και ηχητική ένδειξη.

Να διαθέτει ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο αφής, αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη, για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς (όχι μέσω της οθόνης).

Να διαθέτει καταγραφικό έξι / δώδεκα καναλιών, θερμικού τύπου, με εύρος συχνοτήτων από 0.05 - 150[Hz] για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 200[mm] (A4).

Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόματη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση των 12 απαγωγών σε μία σελίδα.

Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/25/50[mm/s] και η ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα στα 5/10/20[mm/mV] ή και αυτόματα.

Να περιέχει φίλτρα μυϊκά στα 25, 35[Hz] καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60[Hz]. Επιπλέον φίλτρα θα εκτιμηθούν θετικά.

Να διαθέτει αναγνώριση βηματοδοτικών παλμών.

Να διαθέτει πρόγραμμα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη του και αρχειοθέτησης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων τουλάχιστον 300 εξετάσεων. Να διαθέτει την δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓφήματος πριν την εκτύπωση.

Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των τελευταίων 5 λεπτών του ΗΚΓ (Full disclosure) σε όλα τα κανάλια για την μεταφορά τους σε λογισμικό σε H/Y.

Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς των εξετάσεων στην μνήμη σε ειδικό λογισμικό σε H/Y για περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση των καρδιογραφημάτων. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό του H/Y.

Να αναφερθούν οι τρόποι σύνδεσης του συστήματος με τον H/Y.

Να διαθέτει τουλάχιστον θύρα Ethernet και να δύναται να διαθέτει WLAN.

Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής της εξέτασης σε μορφή PDF.

Να διαθέτει USB θύρα για την σύνδεση συστήματος BARCODE READER.

Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με:

- Λογισμικό βηματοδοτικών μετρήσεων.
- Υποστήριξη DICOM.

Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 4,5[Kg].

Να διαθέτει τροχήλατη βάση με ένα συρτάρι, δύο ράφια και βραχίονα για την στήριξη του καλωδίου του ηλεκτροκαρδιογράφου.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία

του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόμενης συσκευής.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.

Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.200€

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών ή τουλάχιστον 300 ΗΚΓφημάτων στην αυτόματη λειτουργία.

Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.

Η απόκριση συχνότητας να είναι από 0.05 – 150[Hz] και η δειγματοληψία να είναι τουλάχιστον 1.000[Hz].

Να συλλέγει και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera με την χρήση 10πολικού καλωδίου.

Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων τουλάχιστον 3" όπου να απεικονίζονται:

- Έως και 12 απαγωγές.
- Ώρα, ηλικία και αριθμό ασθενή.
- Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία.
- Ο καρδιορυθμός.
- Ταχύτητα καρδιογραφήματος.
- Ευαισθησία καρδιογραφήματος.
- Διάφορα μηνύματα συστήματος.
- Κατάσταση φίλτρου.
- Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει και ηχητική ένδειξη.

Να διαθέτει πληκτρολόγιο μεμβράνης για την εκτέλεση των λειτουργιών.

Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει στοιχεία ασθενή. Να αναλυθεί ο τρόπος.

Να διαθέτει καταγραφικό τριών καναλιών, θερμικού τύπου, για την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 70[mm]. Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε εξωτερικό εκτυπωτή.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μονοκάναλος. Επιπλέον εκτυπώσεις να αναφερθούν. Οποσδήποτε να περιλαμβάνεται & τριών καναλιών& μία ρυθμού. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/25/50[mm/s] και η ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα στα 5/10/20[mm/mV] ή και αυτόματα.

Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης. Να διαθέτει και πρόγραμμα μέσων όρων.

Να διαθέτει φίλτρα, μυϊκά στα 25, 35[Hz], δικτύου, ψηφιακά μεταξύ 0.05 – 0.67[Hz] και χαμηλών συχνοτήτων μεταξύ των 75 – 150[Hz].

Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 150 εξετάσεων. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης και σε μορφή PDF.

Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς των εξετάσεων στην μνήμη σε ειδικό λογισμικό σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση των καρδιογραφημάτων. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό. Να διαθέτει σειριακή θύρα και θύρα δικτύου για την μεταφορά των δεδομένων.

Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από ορισμένο χρόνο σε περίπτωση αδράνειας της συσκευής.

Να διαθέτει τροχήλατη βάση με ένα συρτάρι, δύο ράφια και βραχίονα για την στήριξη του καλωδίου του ηλεκτροκαρδιογράφου.

Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 3.0[kg].

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόμενης συσκευής.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.

Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€

Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, να αποστειρώνονται σε κλίβανο & να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση.

Να δοθούν δύο (2) σετ εργαλείων ραμμάτων για εξωτερικούς ασθενείς που να περιέχουν τουλάχιστον:

- ψαλίδι επέμβασης 11,5[cm] str. sh/sh X 1
- λαβίδα ιστών 14,5[cm] 1 X 2 X 1
- λαβίδα mosquito 12,5[cm] str. X 1
- βελονοκάτοχο crile - wood 15[cm] X 1

Επίσης να δοθούν δύο (2) σετ εργαλείων αφαίρεσης ραμμάτων για εξωτερικούς ασθενείς που να περιέχουν τουλάχιστον:

- ψαλίδι ραμμάτων spencer 13[cm] str. X 1
- τσιμπίδα για το βαμβάκι adson 12[cm] X 1
- λαβίδα ιστών adson 12[cm] 1 X 2 X 1

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των προσφερομένων ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300€

Η ποδιά ακτινοπροστασίας να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής από μόλυβδο και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την προστασία των χρηστών από τις ακτίνες Χ.

Να είναι ένδυμα κατάλληλο για χρήση σε διαδικασίες ρουτίνας ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, για την προστασία του προσωπικού.

Να είναι κατασκευασμένο από πολύφυλλο ύφασμα μολυβδούχου βινυλίου.

Η αναφερόμενη ποδιά να καλύπτει τον χρήστη πάνω από τους ώμους του έως πάνω από τους μηρούς του, με ισοδύναμο μολύβδου 0,5[mm].

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.200€

Το διπλό επιτοίχιο διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Η τροφοδοσία του να γίνεται με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] από ρευματολήπτη τύπου σούκο.

Να έχει δύο θέσεις για προβολή ακτινογραφικών φιλμ με ειδικό συνεχόμενο έλασμα υψηλής αντοχής, που να εξασφαλίζει σταθερή στερέωση χωρίς να καταστρέφει τα φιλμ.

Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 8/10 με αντιοξειδωτική προστασία βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή και να φέρει κάλυμμα από plexiglass πάχους 3[mm], με δύο (2) διακόπτες και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Να αναρτάται σε τοίχο.

Οι πηγές φωτισμού να είναι σε θερμοκρασία χρώματος περίπου 6500⁰ Kelvin και να παρέχουν φυσικό φως ημέρας.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.200€

Το επιτοίχιο πολλαπλό διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης υψηλής ποιότητας κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

Η τροφοδοσία του να γίνεται με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] από ρευματολήπτη τύπου σούκο.

Να διαθέτει δύο τμήματα (άνω - κάτω) και κάθε τμήμα να φέρει τέσσερις θέσεις για ακτινογραφίες 36x43[cm].

Να έχει δύο διακόπτες για την ενεργοποίηση της κάθε θέσης ξεχωριστά.

Η φωτεινότητα να ρυθμίζεται με ροοστάτη ή με διακόπτη.

Οι πηγές φωτισμού να είναι σε θερμοκρασία χρώματος περίπου 6500⁰ Kelvin.

Να έχει εξωτερικές διαστάσεις μικρότερες από 180x120x30[cm].

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.